

入 札 仕 様 書

透析用デジタルスケールベッドの購入

令和8年5月

南和広域医療企業団

第1 物品名及び数量

透析用デジタルスケールベッド一式

第2 総則

- 1 本機器が完全に稼働するために必要な本機器の納入にかかる経費をはじめ、運搬費、搬入費、据付費、ネットワーク作業費及び調整費等を含めた作業に要する経費、養生材料費、報告書作成費、操作等の説明または教育に要する経費等の諸経費を含めた経費は、全て落札者が負担すること。
- 2 本機器におけるアプリケーション等については、納品時点における最新の仕様で納品すること。
- 3 本機器の設置に当たっては、南和広域医療企業団（以下「企業団」という。）の承認を受けてから設置工程に入ること。

第3 本機器の構成及び機能要件

1 機器構成

下記①～③のいずれかとする。

①調達機器名 パラマウントベッド社製デジタルスケールベッド（KA-8342AH）一式
（機器構成） 別紙1のとおり

②調達機器名 エー・アンド・デイ社製デジタルスケールベッド（UFT-DB-N135AD-A2）一式
（機器構成） 別紙2のとおり

③調達機器名 シーホネンス社製デジタルスケールベッド（SD-9290THW）一式
（機器構成） 別紙3のとおり

2 機能要件

(1) デジタルスケールベッド本体は以下の要件を満たすこと。

- ア 新計量法に基づく精度等級が3級であり、取引・証明用検定付きであること。
- イ ベッドの外形寸法は全長 2300mm 未満、全幅 1000mm 未満、全高 1150mm 未満であること。
- ウ 3モーターベッドであること。また、背上げ、膝上げ、高さ調節機能をボタン操作で行えること。
- エ 患者急変時にボタン操作で素早くショック体位がとれること。
- オ ひょう量は 150kg 以上であること。
- カ 体重変化量が表示され、リアルタイムでモニタリングできること。
- キ 移動用のキャスター及びベッドロック機能を有していること。
- ク 停電時や不意な電源遮断時でも、電源が切れる直前のデータが保存されるバッ

- ク アップ機能が搭載されていること。
 - ケ ヘッドボード上部形状は、直線タイプであること。
 - コ ヘッドボード及びフットボードは、容易に着脱ができ、不用意な外れを防ぐためのストッパー機能を有していること。
 - サ ヘッドボードにアルファテック製 TV アームユニットが取り付け可能であること。
- (2) サイドレールは以下の要件を満たすこと。
- ア サイドレールはレバー操作により、ワンタッチで折りたたむことができること。
 - イ 折りたたみ時における指等挟みこみ防止機能を有していること。
 - ウ 折りたたみ式サイドレールは、電動ベッドに対応したものであること。
- (3) マットレスは以下の要件を満たすこと。
- ア クッション材の素材は、ウレタン製であること。
 - イ マットレスカバーは抗菌もしくは制菌仕様であること。
 - ウ 院内感染防止のため、マットレスカバーは次亜塩素酸ナトリウム系消毒剤で清拭可能であること。

第4 本機器の性能等以外の要求要件

1 設置条件

本機器の設置条件は、以下の要件を満たすこと。

- ア 企業団担当者が指定する場所へ設置すること。
- イ 契約締結後速やかに、搬入日時及び搬入経路等について、企業団担当者との協議し、その結果を書面にて報告すること。
- ウ 物品の搬入・設置等に際しては、病院業務に支障をきたさないよう企業団担当者の指示に従うこと。また、施設・設備等に損傷を与えないよう細心の注意を払うこと。
なお、万一損傷等を与えた場合は、直ちに企業団担当者へ報告し、落札者の費用負担により速やかに原状回復を行うこと。
- エ メーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は、検査不合格とする。
- オ 医療情報システムに接続する必要がある場合は、接続関連費用を本調達内に含めること。
- カ IPアドレス設定は、病院体系に従うこと。
- キ 落札者の責任範囲については、設置場所への搬入、据付、配線接続、試運転調整及び動作確認等を行うこととする。
- ク 接続に関連する仕様確認、テスト、リハーサル立会及び本稼働立会などの業務を行うこと。
- ケ 落札から納入までに装置の仕様変更やソフトのバージョンアップがあった場合は、企業団との協議の上、最新の仕様にて引き渡すこと。
- コ 設置に際して、設置室内等の変更工事（1次側電源工事等も含む。）が必要となる場合は、全て落札者の責任として本装置の稼働に支障が無いように工事、調整を行うこと。

- サ 納入物品一式（全品）のリストを書面で2部以上及び電子データで提出すること。
- シ 設置工事期間の工程を企業団担当者と事前に打ち合わせ、その指示に従うこと。
- ス 上記アからシまでに関して発生する費用は、全て落札者が負担すること。

2 その他

その他の事項に関して、以下の要件を満たすこと。

- ア 本機器の日本語操作マニュアルを書面及び電子データ（pdf形式）で提出すること。
- イ 簡易説明マニュアルを書面で2部以上及び電子データ（pdf形式）で提出すること。
- ウ 取扱説明に関する導入時教育訓練は、企業団担当者が指定する日時、場所で行うこと。
- エ 本機器の試運転及び取扱説明に関する導入時教育訓練に必要な消耗品等は、落札者の負担において用意すること。
- オ 納品日以降1年間は本機器の性能を無償で保証すること。
- カ 納品日以降1年間は故障、保守等の対応を無償で行うこと。
- キ その他、本仕様書に記載のない事項については、適宜、企業団担当者と協議すること。

以上

別紙 1

透析用デジタルスケールベッド一式 機器構成

メーカー	機器名	構成内容	数量
パラマウント ベッド株式会社	デジタルスケール付リモコンベッド KA-8342AH	ベッド本体	3台
	折りたたみベッドサイドレール KS-0232S	サイドレール	6本
	エバーリーフマットレス KE-535	マットレス	3枚

透析用デジタルスケールベッド一式 機器構成

メーカー	機器名	構成内容	数量
株式会社 エー・アンド・ デイ	検定付電動スケールベッド UFT-DB-N135AD-A2	ベッド本体	3台
	折りたたみ式サイドレール UFT-SR-722JJ	サイドレール	6本
	防水薄型ウレタンマットレス UFT-SM-21N	マットレス	3枚

透析用デジタルスケールベッド一式 機器構成

メーカー	機器名	構成内容	数量
シーホネンス 株式会社	スケール付き 3 モーターベッド SD-9290THW	ベッド本体	3 台
	折り畳み式サイドレール AB-026X	サイドレール	6 本
	フィットテックスマット SA-1023S	マットレス	3 枚