

入 札 仕 様 書

自動血球計数 CRP 測定装置 の購入

令和 8 年 8 月

南和広域医療企業団

第1 物品名及び数量

自動血球計数 CRP 測定装置 一式

第2 総則

- 1 本機器が完全に稼働するために必要な本機器の納入にかかる経費をはじめ、運搬費、搬入費、据付費、ネットワーク作業費及び調整費等を含めた作業に要する経費、養生材料費、報告書作成費、操作等の説明または教育に要する経費等の諸経費を含めた経費は、全て落札者が負担すること。
- 2 本機器におけるアプリケーション等については、納品時点における最新の仕様で納品すること。
- 3 本機器の設置に当たっては、南和広域医療企業団（以下「企業団」という。）の承認を受けてから設置工程に入ること。

第3 本機器の構成及び機能要件

- 1 調達機器品名 フクダ電子株式会社（堀場製作所） 自動血球計数CRP測定装置
Yumizen H330CRP 一式

機 器 構 成 別紙のとおり

- 2 本機器の構造・機能に関し、下記の機能要件をすべて満たすことを必須とする。

（1）機能要件

- ア 検体は全血のまま直接吸引させることにより自動的に測定できること。
- イ 血算18項目を約90秒、血算18項目+CRP定量を約240秒で測定できること。
- ウ 検体吸引量は微量容器使用時にCBCは10 μ L、CBC+CRPは18 μ Lの検体吸引量で測定ができ、通常測定時はCBC16 μ L、CBC+CRP 28 μ Lで測定ができること。
- エ CRP試薬の保冷库を有し、測定毎に試薬交換が不要で測定できること。
- オ 設定した時間に自動的にスタートアップ、終了洗浄を行う機能があること。
- カ 設置に伴う付帯工事を一切必要としないこと。
- キ 圧力方式にエアシリンジを採用することにより静音性に優れていること。
- ク 測定毎に検出部を電氣的洗浄しており、常に安定した測定結果を提供できること。

第4 本機器の性能等以外の要求要件

1 設置条件

本機器の設置条件は、以下の要件を満たすこと。

- ア 企業団担当者が指定する場所へ設置すること。
- イ 契約締結後速やかに、搬入日時及び搬入経路等について、企業団担当者と協議し、その結果を書面にて報告すること。
- ウ 物品の搬入・設置等には、病院業務に支障をきたさないよう企業団担当者の指

示に従うこと。物品の設置及び稼働が確認できた後に、既設機器の撤去を行うこと。搬入・設置及び撤去に際しては、施設・設備等に損傷を与えないよう細心の注意を払うこと。

なお、万一損傷等を与えた場合は、直ちに企業団担当者へ報告し、落札者の費用負担により速やかに原状回復を行うこと。

エ メーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は、検査不合格とする。

オ 医療情報システムに接続する必要がある場合は、接続関連費用を本調達内に含めること。

カ IP アドレス設定は、病院体系に従うこと。

キ 落札者の責任範囲については、設置場所への搬入、据付、配線接続、試運転調整及び動作確認等を行うこととする。

ク 接続に関連する仕様確認、テスト、リハーサル立会及び本稼働立会などの業務を行うこと。

ケ 落札から納入までに装置の仕様変更やソフトのバージョンアップがあった場合は、企業団と協議の上、最新の仕様にて引き渡すこと。

コ 設置に際して、設置室内等の変更工事（1次側電源工事等も含む。）が必要となる場合は、全て落札者の責任として本装置の稼働に支障が無いように工事、調整を行うこと。

サ 納入物品一式（全品）のリストを書面で2部以上及び電子データで提出すること。

シ 設置工事期間の工程を企業団担当者と事前に打ち合わせ、その指示に従うこと。

ス 上記アからシまでに関して発生する費用は、全て落札者が負担すること。

2 その他

その他の事項に関して、以下の要件を満たすこと。

ア 本機器の日本語操作マニュアルを書面及び電子データ（pdf形式）で提出すること。

イ 簡易説明マニュアルを書面で2部以上及び電子データ（pdf形式）で提出すること。

ウ 取扱説明に関する導入時教育訓練は、企業団担当者が指定する日時、場所で行うこと。

エ 本機器の試運転及び取扱説明に関する導入時教育訓練に必要な消耗品等は、落札者の負担において用意すること。

オ 納品日以降1年間は本機器の性能を無償で保証すること。

カ 納品日以降1年間は故障、保守等の対応を無償で行うこと。

キ その他、本仕様書に記載のない事項については、適宜、企業団担当者と協議すること。

別紙

自動血球計数 CRP 測定装置 機器構成

メーカー	機器名		数量
フクダ電子株式会社 (堀場製作所)	自動血球計数 C R P 測定装置 Yumizen	H330CRP	1 式
	希釈液 エミディル 1 0 L	EMIDIL 10L	1 本
	洗浄液 エミクリーン 6 0 0 m L	EMICLEAN 600ML	1 本
	溶血剤 エミライズ 2 0 0 m L (ハードボトル用)	EMILYSE (HARD)	1 本
	記録紙 6 6 X / L T / アントセンス用	77-59 PAPER	10 巻