入　札　仕　様　書

手術台一式の購入

令和８年１１月

南和広域医療企業団

第１　物品名及び数量

手術台**一式**

第２　総則

１　本機器が完全に稼働するために必要な本機器の納入にかかる経費をはじめ、運搬費、搬入費、据付費、ネットワーク作業費及び調整費等を含めた作業に要する経費、養生材料費、報告書作成費、操作等の説明または教育に要する経費等の諸経費を含めた経費は、全て落札者が負担すること。

２　本機器におけるアプリケーション等については、納品時点における最新の仕様で納品すること。

３　本機器の設置に当たっては、南和広域医療企業団（以下「企業団」という。）の承認を受けてから設置工程に入ること。

第３ 本機器の構成及び機能要件

１　調達機器品名　　ヒルロムジャパン社製 電動式万能手術台（TS7000　MBW）**3 台**

その他付属装置　一式

（機 器 構 成）　　別紙のとおり

２　本機器の構造・機能に関し、下記の機能要件をすべて満たすことを必須とする。

2-1　電動式万能手術台は、以下の要件を満たすこと。

2-1-1　手術台は電動昇降し、最低位 600 ㎜以下、最高位 1,140 ㎜以上であること。

2-1-2　最大耐荷重は 450 ㎏以上であること。

2-1-3　手術台の幅は 590㎜ 以上であること。

2-1-4　頭低位・頭高位は、それぞれ 45° 以上、左右の横転は、それぞれ 30° 以上傾くこと。

2-1-5　縦方向へのスライドは、最大 460 ㎜以上であること。

2-1-6　背中板は電動で駆動し、+90° 、-45° 以上駆動すること。

2-1-7　足板は電動で駆動し、+90° 、-105° 以上駆動すること。

2-1-8　足板は左右独立でも、電動で駆動出来ること。

2-1-9　テーブルトップ作動時に床面への衝突を感知し、制御する機能を有すること。

2-1-10　手術台はバッテリーを内蔵し、電源ケーブルを接続せずに使用出来ること。

2-1-11　手術台を充電するための電源ケーブルを 3 個有すること。

2-1-12　有線コントローラー及び手術台本体には操作用の据付スイッチを有すること。

2-1-13　有線コントローラーは、タッチスクリーン機能付ディスプレイを搭載し手術台の固定状態や駆動部の角度、状態を表示出来ること。

2-1-14　2-1-11 の有線コントローラーを 3 個有すること。

2-1-15　頭板は、＋45° 、－80° 以上の可動範囲のものを 2 個有すること。

2-1-16　延長腰板は、長さが 200 ㎜以上のものを 3 個有すること。

2-1-17　足板は、2 段階で開脚可能なものを 3 組有すること。

2-1-18　仰臥位、側臥位、伏臥位、ビーチチェア体位の術式に対応するため、中央のノブ操作により 3 関節の角度調整が可能なクランプ一体型の自在手台を 6 個有するこ

と。

2-1-19　180°旋回可能な上肢台を 6 個有すること。

2-1-20　調整可能な左右のサポートウイング付きの麻酔スクリーンを 3 個有すること。

2-1-21　2-1-20 の麻酔スクリーンを手術台サイドレールに取り付けるためのクランプを 3 個有すること。

2-1-22　側臥位の術式に対応するため、体側支持器を 9 個有すること。

2-1-23　2-1-22 の体側支持器を手術台サイドレールに取り付けるためのクランプを 9 個有すること。

2-1-24　キャスター移動が可能なアクセサリーカートを 3 台有すること。

2-1-25　2590㎜の高さまで独立調整可能な 4 つのフックにそれぞれ最大 10 ㎏の灌流液のバッグを吊り下げられる医療用スタンドを 1 台有すること。

2-1-26　手術台本体部に取り付け可能な牽引装置を 2 式有すること。

2-1-27　身長の低い患者に対応できるように、2-1-26 の牽引装置に取り付け可能な延長バーを 4 個有すること。

2-1-28　手術台本体部分に取り付け可能な全長 1200㎜以上のカーボン製の延長板および脱着式サイドレールを 1 式有すること。

2-1-29　手術台本体部分に取り付け可能な全長 590㎜以上、700㎜以下のカーボン製の延長板および脱着式頭部延長板を 1 式有すること。

2-1-30　2-1-28 および 2-1-29 のカーボン製延長板が同時に収納できる移動式カートを 1 台有すること。

第４　本機器の性能等以外の要求要件

１　設置条件

本機器の設置条件は、以下の要件を満たすこと。

ア 企業団担当者が指定する場所へ設置すること。

イ 契約締結後速やかに、搬入日時及び搬入経路等について、企業団担当者と協議し、その結果を書面にて報告すること。

ウ 物品の搬入・設置等に際しては、病院業務に支障をきたさないよう企業団担当者の指示に従うこと。また施設・設備等に損傷を与えないよう細心の注意を払うこと。
なお、万一損傷等を与えた場合は、直ちに企業団担当者へ報告し、落札者の費用負担により速やかに原状回復を行うこと。

エ メーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は、検査不合格とする。

オ 医療情報システムに接続する必要がある場合は、接続関連費用を本調達内に含めること。

カ IP アドレス設定は、病院体系に従うこと。

キ 落札者の責任範囲については、設置場所への搬入、据付、配線接続、試運転調整及び動作確認等を行うこととする。

ク 接続に関連する仕様確認、テスト、リハーサル立会及び本稼働立会などの業務を行うこと。

ケ 落札から納入までに装置の仕様変更やソフトのバージョンアップがあった場合は、企業団と協議の上、最新の仕様にて引き渡すこと。

コ 設置に際して、設置室内等の変更工事（１次側電源工事等も含む。）が必要となる場合は、

全て落札者の責任として本装置の稼働に支障が無いように工事、調整を行うこと。

サ 納入物品一式（全品）のリストを書面で２部以上及び電子データで提出すること。

シ 設置工事期間の工程を企業団担当者と事前に打ち合わせ、その指示に従うこと。

ス 上記アからシまでに関して発生する費用は、全て落札者が負担すること。

２　その他

その他の事項に関して、以下の要件を満たすこと。

ア 本機器の日本語操作マニュアルを書面及び電子データ（pdf 形式）で提出すること。

イ 簡易説明マニュアルを書面で 2 部以上及び電子データ（pdf 形式）で提出すること。

ウ 取扱説明に関する導入時教育訓練は、企業団担当者が指定する日時、場所で行うこと。

エ 本機器の試運転及び取扱説明に関する導入時教育訓練に必要な消耗品等は、落札者の負担において用意すること。

オ 納品日以降 1 年間は本機器の性能を無償で保証すること。

カ 納品日以降 1 年間は故障、保守等の対応を無償で行うこと。

キ その他、本仕様書に記載のない事項については、適宜、企業団担当者と協議すること。

以上

別紙

電動式万能手術台　TS7000 MBW 機器構成

メーカー名	機器名	規格	数量
ヒルロムジャパン㈱	手術台　（内訳）		
	TS7000 MBW 手術台	1841048	3 台
	パッド TS7000 G	2078590	3 個
	コネクションリード	1873017	3 個
	ケーブルコントロール TS7000	1767067	3 個
	ヘッドセクション フォールダブル H J	2077066	2 個
	ヘッドセクション フォールダブル パッド	2077867	2 個
	2 パートレッグセクション スプレッド H J V	1850981	3 個
	2 パートレッグセクション パッド H G	2080447	3 個
	ペルビックエクステンション H V J	1951369	3 個
	ペルビックエクステンション パッド H G	2078586	3 個
	クイック固定アームサポート	2068136	6 個
	牽引装置　（内訳）		
	ドッキングトロリーエクステンションユニット	1867129	2 台
	エクステンションアダプタ TS7000	1850992	2 個
	ユニバーサルサポート	1876707	2 個
	ユニバーサルサポート パッド B	1880217	2 個
	アングルパッド TS7000 B	1886332	2 個
	カウンタートラクションポスト 80	4544449	2 個
	トランスファーレッグセクション	1876708	2 個
	トランスファーレッグセクション パッド G	2080460	2 個
	ダブルジョイントストラット、ペア	1574734	2 個
	エクステンションストラット	1218831	4 個
	スピンドル牽引機構	1218832	4 個
	牽引ブーツ	1574733	2 個
	牽引ブーツ 小児用	1610541	4 個
	手術台アクセサリー（内訳）		
	アクセサリートロリー	2067634	3 台
	アクセサリートロリーカートレール(フック 1 個含む)	A-30011E	6 個
	イージーイリゲーションタワー	O-LPA	1 台
	ウイング付き麻酔スクリーン	O-ASLW	3 個
	イージーロックソケット JP	A-40030	3 個

	ラテラルポジショナー スクエアタイプ	O-UPBLR	9 個
	イージーロックブレードクランプ JP	A-40043	9 個
	テーブルトップセグメント カーボン 1200 H V	1850989	1 個
	パッド TTS カーボン 1 パート G	2080466	1 個
	ジョイントプレートカーボン 520	1266934	1 個
	ジョイントプレートカーボン用クランプ ペア	1272324	1 個
	フックコンポーネント用トランスポートカート	2085712	1 個
	テーブルトップセグメントカーボン 600 H V	1739992	1 個
	シングル TTS カーボン 600 パッド H G	2080464	1 個
	アダプターX-RAY ワイド	1312733	1 個
	ヘッドセクション X-RAY ワイド T	1424577	1 個

㈱コンデックス	B 型上肢台(JP レール)パッド付	1001.21JP	6 個
	牽引延長バー	1001.11CD	4 個

㈱中道メディカル	調整費		3 式